

ПАСПОРТ

Аккумулятор для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica **Pulse 750**

Данный паспорт предназначен для описания продукта, его характеристик и производительности, применяемым к перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батарее для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica Pulse 750.



Технические характеристики

Кол-во элементов в блоке	28
Емкость	10 А/ч
Напряжение	24 В
Номинальная мощность	240 Вт/ч
Стандартное напряжение при зарядке	29,4±0,2 В
Ток отключения заряда	0,2 А
Максимальный ток заряда	5 А
Стандартный ток разряда	5 А
Максимальный ток разряда (5 сек)	25 А
Внутреннее сопротивление (при 1 КHz)	≤105mΩ
Вес	2,2 кг
Срок службы	12 месяцев
Удержание заряда/срок хранения (при 20°C)	6 месяцев
Методы зарядки (при 25°C)	3 А
Оптимальная рабочая температура	заряд: 0~55°C разряд: -20~60°C
Материал корпуса	пластик

Гарантийное обслуживание

Модель	Аккумулятор для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica Pulse 750
Гарантийный срок	6 месяцев
Производитель	Anhui Chaoli Electronic Technology Co., Ltd.
Страна происхождения	Китай
Регистрационный номер декларации о соответствии	РОСС RU Д-CN.PA01.B.29531/24
По заказу	ООО «Реамед»
Адрес	394026, Российская Федерация, Воронежская обл., город Воронеж, Московский проспект, дом 11
Веб-сайт	ortonica.ru
E-mail	service@ortonica.ru



Предупреждение

Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, например, сильному нагреву или воздействию прямых солнечных лучей. Не погружайте аккумулятор в воду и избегайте попадания влаги.

Не разбирайте аккумулятор.



Информация

Применение АКБ: коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 750.

Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм

Длина	246 ±2 мм
Ширина	156 ±2 мм
Высота	106 ±2 мм

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону 8-800-707-44-52